

高い空気品質が活動中の安全と健康を守ります

B-DETECTION PLUS s


空気質モニタリングシステム



- コンプレッサーから吐出される空気質を継続的に測定／モニタリングします。
- 正確な空気質測定：CO、CO₂、O₂、水分、油分を呼吸器用空気質規格の DIN EN12021:2014 やその他の国際規格に基づき、測定します。
- 測定中、空気質が基準値を超えた場合は、ディスプレイにアラームが表示され、コンプレッサーを停止させます。
- 測定結果は、SD カードに Excel にて保存されます。

Breathing Air Standard, DIN EN 12021:2014-07	
	Limit values
Oxygen (O ₂)	21% ± 1%
Carbon monoxide (CO)	5ppm
Carbon dioxide (CO ₂)	500ppm
Oil	0.5mg/m ³
H ₂ O	25mg/m ³

呼吸器用空気質規格 DIN EN 12021:2014



DIN EN ISO 9001

バウアーコンプレッサー株式会社
BAUER COMPRESSORS CO.,LTD

本社 〒024-0014 岩手県北上市流通センター 10番36号 TEL:0197-68-2251/FAX:0197-68-2225
 東京営業所 〒130-0022 東京都墨田区江東橋 2-9-5-2509 TEL:03-5625-4547/FAX:03-5625-4544
 URL:<http://www.bauer.co.jp/> E-mail:customer_service@bauer.co.jp